navis

取扱説明書

８－４９８９－０１　　手術室用２段踏台
ＹＣ－９９－Ｊ－０７００７

サイズ：（幅）４７５×（奥行）４７５×（高さ）４７３mm

特徴

- ステップはゴム張りですので滑り止めの役割をします。
- コストパフォーマンスに優れた、踏み台です。

仕様

- 耐荷重：　８０kg
- 材質：　スチール製（粉体塗装）



取扱い上の注意取扱い

① 平坦な床でご使用下さい。
② 踏台以外の目的に使用しないで下さい。
③ 使用後にはアルコールや中性洗剤などで表面を清拭してください。
お湯または、水を固く絞った柔らかい布で拭き、取れにくい汚れは
中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭き取ってください。
④ 本体フレーム等はスチールに粉体塗装してありますので、クレンザー
などの磨き粉を使用しますと、表面を傷つけて錆が発生することも
ありますので、ご注意ください。
⑤ オゾンでの消毒は、表面の塗装や踏み台面のゴムを劣化させますので、
出来るだけお避けください。

AS ONE アズワン株式会社
商品に関するお問い合わせは
カスタマー相談センター
フリーダイヤル 0120-711-875
FAX 0120-700-763
問合せ専用URL http://help.as-1.co.jp/q
受付時間：午前9時～12時、午後1時～午後5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません

初版　２０１２年２月