8-5953-01

取　8595301

取扱説明書
Instruction Manual

超音波診断用ゲルウォーマー

TCGW-2

お買い上げありがとうございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために『取扱説明書』をお読みになって、正しくお使い下さい。

『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところに大切に保管して下さい。
また、製品を譲渡されたり、貸与されるときには新しく使用者となられる方が安全で正しい使い方を知るために『取扱説明書』を製品本体の目立つところに添付して下さい。

アズワン株式会社

⚠ 安全にお使いいただくために

- 本製品の電源電圧は100Vです。電源電圧が異なりますと火災や故障の原因となります。
- 感電防止のため、かならずアースを接続してください。
- 電源コードを抜くときは必ずプラグを持ってください。また、プラグを差し込む時はコンセントにしっかり差し込まれているか確認してください。
- 本製品は室内使用を前提に作られています。屋外や水のかかる場所で使用しないでください。
- 周囲温度が５～35℃の範囲で使用してください。また、直射日光や暖房器具の近くでは使用しないでください。故障の原因となります。
- 装置を分解したり、修理しないでください。感電や事故の原因になり、また保証対象外となります。
- 本製品は超音波診断用ゲルの保温用です。その他の用途に使用しないでください。

●仕様

サイズ	185x127x145mm
適合容器径	φ50mm
材質	本体/スチール塗装仕上げ、内装/アルミニウム合金
ヒーター	15W x 2
電源	AC100V 50/60Hz

●使用方法

① 直径φ50mm（約250ml）の超音波診断用ゲルをボトルのまま保温部に挿入してください。

② 電源スイッチをONにしてください。
(電源ON時にはスイッチが点灯します。)

③ ご使用後は電源スイッチをOFFにし、長期間ご使用にならない場合には電源プラグをコンセントから抜いてください。

●各部の名称



●操作方法

① 出荷時設定温度は42℃です。ご希望により変更することができます。

② SETキーを押し、▼キー/▲キーで希望の温度を入力し、再度SETキーを押し確定してください。
（設定後に現在温度表示に切り替わります。

⚠
・温度設定は４５℃以下にしてください。

・本製品は加熱部分の温度を測定しているため、ゲルが加熱されるまで、時間差が発生します。
（25℃→42℃でおよそ30分～1時間程度）

●製品保守とお手入れについて

・ゲルがこぼれたり、汚れた場合にはすみやかに乾いたやわらかい布等でふき取ってください。

・使用時に異音、異臭、その他異常が発生した場合にはただちにご使用を中止し、弊社販売店にご連絡ください。

・製品保管時には風通しの良い場所に保管してください。多湿環境での保管は故障の原因となります。

・何らかの原因により内部温度が異常に上昇した際には安全装置が作動し、電源がオフになります。
なお、一旦安全装置が作動しますと、安全のため電源が入りません。お買い求めの販売店に修理・点検を依頼してください。

製品保証について

保　証　書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に右記保証規定（１）に基づく正常な使用状態での故障の節は右記保証規定により修理いたします。

品　　名	
型　　式	
機　　番	
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年　月　日
お客様	様
ご住所	TEL：
取り扱い店名	担当者印
住　　所	TEL：

アズワン株式会社

〈保証規定〉

(1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。

(2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
- 誤使用、不当な修理・改造による故障。
- 本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
- 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
- 接続している他の機器が原因による故障。
- 車両・船舶等での使用による故障。
- 消耗部品、付属部品の交換。
- 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。

(3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。

(4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です 。

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター
0120-711-875
FAX 0120-700-763
問い合わせ専用URL http://help.as-1.co.jp/q

■修理・校正についてのお問い合わせは
テクニカルセンター
0120-788-535
FAX 0120-788-763
問い合わせ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

2013年11月第一版作成