取扱説明書　往診用イルリガードル台

navis

8-7558-01　51046

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

外観図



注意 ⚠

- 平坦な床に設置してご使用ください。
- イルリガードル台は点滴や輸液類を吊り下げるためのものですので、歩行補助用品の代わりに使用したり、その他の用途でご使用しないでください。
- 使用の際は、三脚部を完全に開き安定した状態でご使用ください。
- ノブねじやガードルフック部などの緩みが無いかご確認のうえ使用してください。もしゆるみがあった場合には転倒しフックに掛けた輸液ボトルが倒れたりし危険ですのでご使用前には必ず増し締めしてください。
- 三脚を閉じる際には、三脚の内側に指をはさまない様に充分注意してください。

特徴

在宅や往診・訪問看護時、病室での固定用のイルリガードル台として使用します。

組立方法

1. 三脚を完全に開き脚部のノブねじを締め固定します。
2. ガードルフック部を支柱の先端に時計回りに締め込みます。
3. 2箇所のネジでお好みの高さに調節し、ノブねじを締め固定します。

収納方法

1 高さ調節ねじのノブねじを緩め、最短の位置に縮めてください。

2 支柱先端のガードルフック部と支柱をしっかりと握りながら、反時計回りにガードルフック部を回し外してください。

3 三脚のノブねじを緩め、三脚部を閉じて先ほど取り外したガードルフック部とともに収納ケースに収めてください。

仕様

型番	51046
高さ	775 ～ 2058mm（最短収納時　790mm）
材質	本体：アルミニウム、収納袋：ナイロン
パイプ径	下部／ 22mm、中部／ 19mm、上部／ 16mm
仕様	2本架
重量	約800g
付属品	ナイロン製専用キャリングバッグ

保証規定

(1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
(2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
・誤使用、不当な修理・改造による故障。
・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
・接続している他の機器が原因による故障。
・車両・船舶等での使用による故障。
・消耗部品、付属部品の交換。
・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
(3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
(4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。

品名	往診用イルリガードル台
型式	51046
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年　月　日
お名前	様
ご住所	TEL.
取り扱い店名	担当者印
住所	TEL.

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

受付時間：午前9時～午後5時30分まで
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。

0120-711-875（フリーダイヤル）
FAX 0120-700-763（フリーダイヤル）

AS ONE アズワン株式会社

初版2008年6月作成