取扱説明書
Instruction Manual

洗眼器

24865-0000（シングルタイプ）　9-046-21
24868-0000（ツインタイプ）　8-5367-21

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

シングルタイプ

鏡

ツインタイプ

蓋
カップ
廃液吐出口
※ 写真では蓋が付いている状態です。

洗浄瓶（ボトル）

⚠ 注意事項

- 本製品は目に化学薬品や塵などの異物が入った緊急時に、異物を洗い流す応急処置をするための洗眼器です。本製品での応急措置後はただちに医師の診察を受けてください。
- 本製品には、眼科洗浄用の薬液は付属していません。洗浄液には、純水や眼科用洗浄液をご利用ください。
- 洗浄液を充填する際は、ボトルの内部・ノズル部などを充分に洗浄してください。
- 衛生面での観点から、洗浄液を使用した場合は残りの洗浄液を捨て、新しい洗浄液を充填してください。
- 長期間使用しなかった場合は、充填後未使用でも定期的に交換してください。洗浄液の取扱い方法や交換頻度については、洗浄液のメーカーの指示にお従いください。
- ボトルはオートクレーブ滅菌はできません。ガス滅菌は可能です。
- 出荷時、鏡表面には保護シートが貼ってあります。ご使用前に保護シートを取り外してください。

使用方法

① 図1のように、蓋のつまみを上に引き上げてボトルから蓋を取り外します。

② ボトルとその付属部品（蓋やチューブなど）を中性洗剤で洗浄します。よく濯ぎ、洗剤が残らないようにします。

③ 清潔なボトルに、洗浄液を充填して蓋を元に戻します。（※洗浄液は付属していません。）

④ 洗眼する際は、手順1と同じ要領で蓋を外して洗浄する目をカップに押し当てながら、ボトルの中央部分を手で押さえてください（図2参照）。内部のチューブを通って水がカップに噴出して洗眼し、廃液はカップのサイドにある廃液吐出口から排出されます。

⑤ 洗眼後はただちに医師の診察を受けてください。

図1

図2

メンテナンス

- 使用後は毎回、前述の使用方法手順①～③の通り、ボトルを洗浄して新しい洗浄液を充填してください。
- 洗眼後にボトル内に余った洗浄液は、衛生面での観点から廃棄し、ボトルを洗浄して新しい洗浄液を充填してください。
- ボトルに充填した洗浄液が未使用の場合でも、保管中に洗浄液が劣化しますので定期的に交換してください。交換時は、新しい洗浄液を充填する前にボトルを洗浄してください。
- 洗浄液の交換頻度は、保管環境や使用する洗浄液によって異なります。使用する洗浄液の注意事項や安全上の指示を確認し、適切な交換頻度をご決定ください。
- ボトル自体の使用期限は定めていませんが、必要に応じてボトルを新しいものに交換してください。
- ボトルはオートクレーブ滅菌はできません。ガス滅菌は可能です。

仕様

品番	9-046-21	8-5367-21
型番	24865-000	24868-000
タイプ	シングルタイプ	ツインタイプ
壁掛パネルサイズ	440 × 380 mm	460 × 360 mm
ボトル容量	500 mℓ	1000 mℓ
ボトルサイズ	Φ72 × 235 mm	Φ90 × 295 mm
交換用ボトル	品番：9-046-31（1個入）	品番：8-5367-31（1個入）
ボトル材質	LDPE	
梱包品	鏡付き壁掛パネル×1枚、ボトル（シングルタイプ＝1個、ツインタイプ＝2個） ※洗浄液、取付金具は付属しません。	

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-700-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL https://help.as-1.co.jp/q

Made in USA

アズワン株式会社

受付時間：午前9時～午後5時30分まで

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません

第5版　2020年 1月 作成